Elektronischer Flaschenhalter mit Durchflussregler für GALAXY GX2





PRODUKTBESCHREIBUNG für Elektronischer Flaschenhalter mit Durchflussregler für GALAXY GX2

Um alle Funktionen des elektronischen Flaschenhalters nutzen zu können, müssen Flaschen mit RFID-Tags verwendet werden.
Nachdem eine Prüfgasflasche eingesetzt wurde, verfügt der Flaschenhalter über folgende Funktionen:

- Lichtband
- RFID-Tag
- Interner Druckregler und Sensor

Das mehrfarbige Lichtband zeigt die Funktionalität der Flasche:
GRÜN:
Die Flasche ist funktionsfähig, die Gasparameter liegen innerhalb der Druckgrenzwerte und das Verfallsdatum ist nicht überschritten
GELB:
Der Stand des Kalibriergases ist niedrig oder das Verfallsdatum nähert sich
BLINKENDES GELBES LICHTBAND:
Hardwareproblem des Flaschenhalters
ROT:
Kalibriergasflasche ist leer oder das Verfallsdatum ist überschritten
GASIDENTIFIKATION ÜBER RFID-TAG (NUR AN VERFÜGBAREN MSA PRÜFGASFLASCHEN)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

Folgende Informationen werden ausgelesen und an die Prüfstation übertragen:

- Gastyp, Gaskonzentration, Verfallsdatum, Chargennummer, Flaschenteilenummer

DRUCKREGLER UND SENSOR

Der interne Druckregler und Sensor lesen den Druck und Übertragen folgende Informationen an die Prüfstation:

- Zahlen auf dem Display werden gelb angezeigt: Gasdruck auf ca. 6,89 bar (99 psi) abgefallen
- Zahlen auf dem Display werden rot angezeigt: Gasdruck auf ca. 3,45 bar (49 psi) abgefallen
- Prüfstation verhindert das Ausführen von Tests: Gasdruck auf unter 0,34 bar (5 psi) abgefallen

	ART.-NR.
	MS-0531

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00