

Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020:2025



Norm: ÖNORM Z1020:2025

PRODUKTBESCHREIBUNG für Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020:2025

Koffer aus ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung und Gummidichtung, inkl. 2 Arretierungen, Maße 400 mm x 150 mm x 300 mm.

MATERIAL: ABS-Kunststoff

NORM

zertifiziert nach:

ÖNORM Z1020:2025

Inklusive Füllung nach ÖNORM Z 1020:2025

Inhalt:

- 3 Dreiecktücher gemäß ÖNORM K 2122
- \sim 10 Wundauflage oder Saugkompresse (10 ± 0,5) cm × (10 ± 0,5) cm, saugfähig, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln steril und keimdicht verpackt
- 1 Verbandtuch 40 cm × 60 cm, aluminiumbedampft, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln steril und keimdicht verpackt, Mindestsaugkapazität H2O von 100 g/m2, Verbandtuch nur noch aluminiumbedampft möglich.
- 2 Spulen Heftpflaster, quer reißbar, 2,5 cm × 5 m
- 5 Pflasterstrips, 6 cm × 1,9 cm, einzeln staubdicht verpackt
- _ 10 Pflasterschnellverband, 6 cm × 10 cm, einzeln staubdicht verpackt
- _ 3 Rettungsdecke 210 cm × 160 cm, aluminiumbedampft, Foliendicke 12 μm
- 1 Verbandschere gemäß ÖNORM K 2121
- 6 Medizinische Einmalhandschuhe (Nitril) gemäß ÖNORM EN 455-1, ÖNORM EN 455-2 und ÖNORM EN 455-3, nahtlos, groß, Handschuh nur noch in Nitril möglich.
- 3 Einmalbeatmungsbehelf
- 4 Momentverband groß, Binde 10 cm × 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem Wundkissen 10 cm × 10 cm, einzeln steril
- und keimdicht verpackt





- **6** Elastische Mullbinden 10 cm × 4 m, unbeschichtet, einzeln
- staubdicht verpackt
- 5 Fingerschnellverband, elastisches Band mit Wundkissen 3 cm × 3 cm
- _ 1 Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei
- 3 Desinfektionstücher, einzeln verpackt
- 2 Sofort-Kältekompressen
- _ 3 FFP2-Masken
- 1 Erste-Hilfe-Anleitung
- 1 Inhaltsverzeichnis

ARTNR.
VE-6920

NORMEN für Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020:2025

ÖNORM Z1020:2025



ÖNORM Z 1020:2025 | Verbandkästen für Arbeitsstätten und Baustellen

Die ÖNORM Z 1020:2025 ersetzt für ÖNORM Z 1020:2006.



Die ÖNORM Z 1020:2025 legt die Anforderungen, Inhalt und Prüfungen für Verbandkästen in Arbeitsstätten und Baustellen in Bezug auf Ausführung, Werkstoff sowie deren Inhalt fest. Die Verbandkästen sollten eine fachgerechte Erste Hilfe am Unfallort ermöglichen und die in den Verbandkästen enthaltenen Medizinprodukte müssen als solche dem Medizinproduktegesetz entsprechen.

Folgende Änderungen wurden in die ÖNORM Z 1020:2025 eingearbeitet:

- Die bisherigen beiden Koffertypen ÖNROM Z 1020 Typ 1 bis 5 ArbeitnehmerInnen und Typ 2 bis 20 ArbeitnehmerInnen werden zu einem Typ zusammengeführt. Das Mindestvolumen des Koffers muss mit der neuen ÖNORM Z 1020:2025 12 I betragen. Dieses Volumen entspricht dem bisherigen Typ 2 Koffer.
- Der Mindestinhalt der Erste-Hilfe-Materialen wurde aktualisiert. Die genauen Mindestinhalte entnehmen Sie bitte der Gegenüberstellung weiter unten.
- Die Übergangsfrist für die ÖNORM Z 1020:2006 gilt bis 01.10.2027.