

MSA Ein-Gaswarngerät ALTAIR CO



Eigenschaften Gaswarngeräte:
 befristete Laufzeit , Eingaswarngerät
Marke: MSA
Norm:
 EN 60079-11, FTZU 09 ATEX 0006 X

PRODUKTBESCHREIBUNG für MSA Ein-Gaswarngerät ALTAIR CO

WARTUNGSFREIES EIN-GASWARNGERÄT FÜR KOHLENMONOXID (CO) – (die jährliche Systemkontrolle entfällt) • befristete Laufzeit • Verwendung mindestens 2 Jahre • 3-fach-Alarm: LED, Akustik, Vibration • Speicher für 25 Alarmereignisse • 2 Jahre Garantie • voreingestellte Alarmwerte 25 und 100 ppm • inklusive Ladegerät

GEWICHT: 86 g

ABMESSUNGEN: 81 x 52 x23 mm

NORMEN: FTZU 05 ATEX 0250 X, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 50270 Typ 2

Für die einsatztägliche Überprüfung benötigen Sie Prüfgasdosen und Druckminderer

	ART.-NR.
	MS-0501

NORMEN für MSA Ein-Gaswarngerät ALTAIR CO

EN 60079-11, FTZU 09 ATEX 0006
X

EN 60079-11 | Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "i"



Dieser Teil der EN 60079 legt den Aufbau und die Prüfung von eigensicheren Geräten zur Verwendung in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre fest. Auch zugehörige Geräte, die zum Anschluss an eigensichere Stromkreise vorhergesehen sind, die in solche Atmosphären gelangen, werden in dieser Norm behandelt. Die Schutzart gilt für elektrische Geräte, bei denen die elektrischen Schaltkreise selbst keine Explosion in den umgebenden explosionsgefährdeten Bereichen auslösen können.

Die Norm EN 60079 gilt auch für elektrische Geräte oder Teile von elektrischen Geräten, die sich außerhalb der explosionsgefährdeten Atmosphäre befinden oder die durch eine andere, in EN 60079-0 aufgeführte, Schutzart geschützt sind, wenn die Eigensicherheit der elektrischen Stromkreise in der explosionsgefährdeten Atmosphäre von der Ausführung und der Bauart dieser elektrischen Betriebsmittel bzw. von Teilen dieser elektrischen Betriebsmittel abhängt.